

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號
承辦人：組員 吳宥驊
電話：04-22220655 #3317
電子信箱：m01168@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國112年8月1日
發文字號：局授衛食藥字第1120101103號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：轉知有關「保吉生化學股份有限公司」之「快得利揣耶濟心臟檢測套組」(衛署醫器輸字第016054號)(批號：T13826N)醫療器材回收一案，請貴會協助轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局112年7月27日新北衛食字第1121427129號函辦理。
- 二、案係旨揭批號產品經原廠發出使用安全通知，該檢驗套組有使用受影響的批號時，在檢驗操作過程，其中肌鈣蛋白可能出現陰性結果有偏差的情況。
- 三、為保障民眾健康安全，請轉知所屬會員配合旨揭公司辦理回收事宜，如有案內批號產品請勿再使用，以維護民眾權益。

正本：臺中市醫療器材商業同業公會、臺中市西藥商業同業公會、臺中市第一西藥商業同業公會、社團法人臺中市新藥師公會、社團法人臺中市藥師公會、台中市藥劑生公會、臺中市第一藥劑生公會、社團法人臺中市醫師公會、社團法人臺中市大臺中醫師公會、台中市診所協會、臺中市大臺中診所協會、臺中市台中都診所協會

副本：本市食品藥物安全處

