

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號
承辦人：組員 吳宥驊
電話：04-22220655 #3317
電子信箱：m01168@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國113年3月11日
發文字號：局授衛食藥字第11300134101號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關「利聯醫材有限公司」販售之外盒載有「“利聯”醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(未滅菌)，衛部醫器製壹字第007949號」(批號/製造日期:2023.10.16)產品，其許可證字號標示錯誤一事，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣衛生局113年1月24日彰衛稽字第1130005389號函辦理。
- 二、彰化縣衛生局113年1月19日至襪哈哈有限公司(彰化縣彰化市西安里中正路2段339號)查獲外盒載有「“利聯”醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(未滅菌)，衛部醫器製壹字第007949號」(批號/製造日期:2023.10.16)產品，其外盒標示之製造廠名稱及地址與許可證核准不符，涉違反醫療器材管理法規定。經查案內查獲產品之實際字號為「“利聯”醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(滅菌/未滅菌)，衛部醫器製壹字第009481號」，查獲違規之產品外盒係誤植成舊字號(旨揭字號)，違反醫療器材管理法第33條規定，並業經本局裁處。



三、依據醫療器材管理法第58條第1項第5款暨醫療器材回收處理辦法第2條第3款，本案係屬第3級回收，基於民眾健康安全，請貴公司依據「醫療器材回收處理辦法」之第3級回收相關規定，於文到後6個月內完成回收，並辦理下列事宜：

(一)依醫療器材回收處理辦法第8條規定，自接獲本回收通知之日起一星期內，依運銷紀錄通知直接銷售對象配合下架回收，並告知相關經銷醫療器材商協助轉知下游業者，並督促其各級銷售之醫療器材商保存相關運銷紀錄。並請確實記載執行通知之人員、直接銷售對象與接收通知之人員及通知之時間與方式並作成紀錄，且至少保存五年。

(二)依醫療器材回收處理辦法第9條規定，於文到二星期內訂定回收計畫書，並將相關資料(含產品運銷紀錄清冊)函送至本市食品藥物安全處及衛生福利部食品藥物管理署。

(三)依醫療器材回收處理辦法第12條規定，於執行完成回收之日起二星期內檢送回收成果報告書(其回收紀錄應追溯至最下游醫療機構、藥商及藥局)至本市食品藥物安全處及衛生福利部食品藥物管理署。

四、另請一併檢視貴公司販售之其他醫療器材是否有涉違反醫療器材管理法之情事，以落實自主管理之責。

五、請至衛生福利部食品藥物管理署之藥物食品化粧品上市後品質管理系統(QMS系統)，登錄藥物回收通報作業(網址：<https://qms.fda.gov.tw/tcbw/>)。

六、副本抄送本市相關公會轉知所屬會員配合旨揭產品下架回收作業及各縣市政府衛生局，惠請輔導貴轄機構業者倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：利聯醫材有限公司（代表人：鄭怡珊）

副本：衛生福利部食品藥物管理署、各縣市衛生局、本市醫藥相關公協會、本市食品藥物安全處



訂
線