

## 臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號  
承辦人：技士 陳佩儀  
電話：04-22220655分機3307  
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國113年7月9日  
發文字號：局授衛食藥字第1130093826號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：轉知有關「頤辰醫療器材有限公司」輸入販售之「“頤辰億”機械式輪椅(未滅菌)(衛部醫器陸輸壹字第003882號)，型號：YC-809J，批號：FSA23W9-38，製造日期：2023-10-28」醫療器材回收一案，請貴會協助轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據臺南市政府衛生局113年7月5日南市衛食藥字第1130123811A號函辦理。
- 二、案係地方政府衛生局執行衛生福利部食品藥物管理署「113年度品質監測計畫-市售機械式輪椅之品質監測」，於所轄友銘醫療用品行（苗栗縣苗栗市恭敬里2鄰恭敬路15號1樓）抽驗旨揭產品，經衛生福利部食品藥物管理署檢驗報告略以：「握套（不適，握套與推把手發生脫離）」及「多滾輪試驗（不適，轉數達8,979轉時，左側萬向輪軸心破斷）」均不符合CNS 14964-8標準之性能規格要求，判屬不良醫療器材，違反醫療器材管理法相關規定。
- 三、依據醫療器材管理法第58條及醫療器材回收處理辦法，本



案係屬第二級回收，請轉知所屬會員配合旨揭公司辦理回收事宜，以維護民眾權益。

正本：臺中市醫療器材商業同業公會、臺中市西藥商業同業公會、臺中市第一西藥商業同業公會、社團法人臺中市新藥師公會、社團法人臺中市藥師公會、台中市藥劑生公會、臺中市第一藥劑生公會、社團法人臺中市醫師公會、社團法人臺中市大臺中醫師公會、台中市診所協會、臺中市大臺中診所協會、臺中市台中都診所協會

副本：



裝

訂

線

