

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號

承辦人：技士 陳佩儀

電話：04-22220655分機3307

電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國114年7月16日

發文字號：局授衛食藥字第1140086350號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：


主旨：轉知台灣士卓曼醫療器械有限公司輸入與「“麥登狄卡”
艾姆植體骨內植體」（衛署醫器輸字第 024349號）許可
證核准內容不符之產品，請轉知所屬會員配合產品下架回
收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局114年7月11日北市衛食藥字第
1143114634號函辦理。
- 二、案係衛生福利部食品藥物管理署查獲案內醫療器材許可證
核定說明書，型號1-01-06之核准材料係Ti6Al4A，惟旨揭
公司輸入之該型號產品係以TiCP4材料製成，與許可證核准
內容不符，違反醫療器材管理法相關規定，並經處分在
案。
- 三、為保障民眾使用安全，請惠予轉知所屬會員，倘有陳列販
售旨揭產品，應配合旨揭公司下架回收事宜。

正本：臺中市醫療器材商業同業公會、臺中市西藥商業同業公會、臺中市第一西藥商業
同業公會、社團法人臺中市大臺中藥師公會、社團法人臺中市藥師公會、台中市
藥劑生公會、臺中市第一藥劑生公會、社團法人臺中市醫師公會、社團法人臺中
市大臺中醫師公會、台中市診所協會、臺中市大臺中診所協會、臺中市台中都診
所協會

副本：



裝



訂

線

