

## 臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號  
承辦人：技士 陳佩儀  
電話：04-22220655分機3307  
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國115年6月11日  
發文字號：局授衛食藥字第1150070115號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨 (387140100I\_1150070115\_ATTACH1.pdf)

主旨：轉知有關衛生福利部食品藥物管理署監測獲悉荷商波士頓  
科技有限公司台灣分公司持有之「"波士頓科技" 消化道  
氣球擴張導管（衛署醫器輸字第011468號）」及「“波士  
頓科技” 希爾意消化道氣球擴張導管（衛部醫器輸字第  
025513號）」醫療器材回收訊息一案，請轉知所屬會員配  
合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局115年6月9日北市衛食藥字第  
11531074492號函辦理。
- 二、查本案回收訊息略以，受影響產品包裝可能受損，導致無  
菌狀態可能失效，故原廠啟動回收作業。本案受影響產品  
如附件所列。
- 三、依據醫療器材管理法第58條第2項規定，本案所涉醫事機  
構、其他醫療器材商及藥局應配合本案回收作業，未配合  
者得依同法第71條第11款規定處辦。
- 四、為確保民眾使用醫療器材之權益，請轉知所屬會員，倘有  
販售旨揭醫療器材，應配合廠商回收事宜。

正本：本市相關公會

副本：電子公文  
2025/06/11  
14:02:03

裝

訂

線



衛授食字第1151605885號函附件

### 回收醫療器材列表

1. 許可證字號：衛署醫器輸字第011468號

中文品名："波士頓科技" 消化道氣球擴張導管

回收醫療器材規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
M00558460	38100033、38398766	08714729339397
M00558480	38215260、38529519	08714729339410
M00558490	38479759、38519498	08714729339427
M00558500	38211784	08714729339434

2. 許可證字號：衛部醫器輸字第025513號

中文品名："波士頓科技"希爾意消化道氣球擴張導管

回收醫療器材規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
M00558680	38176726、38515210、38552616	08714729797562
M00558700	38222499、38450262	08714729797586
M00558710	38031486、38043604、38150881 38169202、38553525	08714729797593