

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號
承辦人：技士 陳佩儀
電話：04-22220655分機3307
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國115年8月18日
發文字號：局授衛食藥字第1150100773號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：說明段四 (387140100I_1150100773_ATTACH1.pdf)

主旨：轉知有關誼昇有限公司回收「“艾希優”雷佛一輸血輸液
加溫套管及其配件（衛部醫器輸字第029692號）」醫療器
材一案，請轉知所屬會員配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局115年8月17日北市衛食藥字第
11531295172號函辦理。
- 二、案係旨揭醫療器材，特定批號的加溫套管組有可能發生滲
漏，倘未能及時發現並更換，可能會導致治療延誤，或藥
物輸送不足等問題，故原廠啟動回收作業。案經評估，本
案受影響產品（如附件所列）依衛生福利部核判係屬第二
級回收。
- 三、為保障民眾使用安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內產
品請配合旨揭公司回收事宜。
- 四、檢附應回收產品型號及批號資料1份。

正本：本市相關公會

副本：電
交 2025/08/18 12:46:12 文
章

衛授食字第1151607781號函附件

回收醫療器材列表

許可證字號：衛部醫器輸字第029692號

中文品名：艾希優”雷佛一輸血輸液加溫套管及其配件

回收醫療器材規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
L-70	4293569	20695085407000
	4326087	