

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號
承辦人：技士 陳佩儀
電話：04-22220655分機3307
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國115年9月11日
發文字號：局授衛食藥字第1150112834號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (387140100I_1150112834_ATTACH1.pdf)


主旨：轉知有關美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司回收
「“史賽克”噴射灌洗器（滅菌）」（衛署醫器輸壹字第
014133號）醫療器材一案，請協助轉知所屬會員，請查
照。

說明：

- 一、依據臺北市府衛生局115年9月10日北市衛食藥字第
11531383372號函及衛生福利部115年9月9日衛授食字第
1151609064號函辦理。
- 二、案係旨揭公司持有之醫療器材，受影響產品不與病患直接
接觸的部分含有超過0.1%之塑化劑（DEHP），惟產品無相
關標示，不符歐盟相關規定，故啟動回收作業。
- 三、本案經衛生福利部食品藥物管理署核判屬第二級回收，為
維護民眾權益及用藥安全，請協助轉知所屬會員確實依醫
療器材管理法等相關規定辦理，並配合旨揭公司回收作
業。

正本：本市相關公會

副本：



衛授食字第1151609064號函附件

回收醫療器材列表

許可證字號：衛部醫器輸壹字第014133號

中文品名：“史賽克”噴射灌洗器(滅菌)

回收醫療器材規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
0210-114-000	所有未過期之批號	04546540861764